

お客様 各位

アデノウイルスキット「キャピリア アデノ アイ Neo」 テストプレートアルミ袋包装に関するお知らせ

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が製造する「キャピリア アデノ アイ Neo」の特定の製造番号において、テストプレートの入ったアルミ袋が開封しにくい可能性があることが判明致しました。

ご愛顧をいただいておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。


対象となります商品の製造番号に関しましては、裏面に記載致しておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。

当該商品は、使用時にアルミ袋に記載された「切り口」側から開封しにくい場合がございます。その場合には、アルミ袋の「切り口」側の逆側から開けていただくか、またはハサミ等でご開封いただくようお願い申し上げます。※下の写真をご参照ください。

なお、本件は当該製品のアルミ袋包装における事象であり、製品の性能自体には影響がないことを確認しております。

本件に関しまして、お客様に大変なご不便をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに、今後より一層の品質向上に努めて参りますので、弊社商品を引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

謹白



販売元
わかもと製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号



製造販売元
株式会社 タウンス
〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

お問合せ先
メディカルインフォメーション
TEL: 03-3279-0379

別紙

キャピリア アデノ アイ Neo(5テスト)製造番号一覧

※ 対象製造番号に関しては、製品化粧箱の裏面に記載致しております。

アデノウイルスキット

キャピリア[®] アデノ アイ Neo

【キット構成】

1テスト用セット×5袋

1テスト用セット(1袋中)	
〔構成試薬〕	
テストプレート	1個
検体抽出液(0.7mL)	1本
〔付属品〕	
スワブ	1本
キャップ付きノズル	1個

テストプレート

成分

- ・白金・金コロイド標識抗アデノウイルスモノクローナル抗体(マウス)
- ・抗アデノウイルスモノクローナル抗体(マウス)

キャピリア アデノ アイ Neo 5テスト

JAN

製造番号

使用期限

4987243358708

GS1-128

(01) 04987243358708 (17) 180400 (10) 6B81

製造番号	有効期限
9C16	2020年8月
9C17	2020年8月
9D18	2020年9月
9D19	2020年9月
9D20	2020年9月